

Теория к обходу

Полугодовая проверка

- **Холодильник Pozis (установленная темп. 6 градусов)**

1. Разморозить, помыть теплой мыльной водой.
2. Проверить дренажную трубку, над компрессором.

«AL» - температура ниже нормы, «АН» - температура выше нормы, «id» - открытие дверцы свыше 40 сек.

Находится в сестринской.

- **Холодильник Supra**

1. Разморозить, помыть теплой мыльной водой.
2. Проверить дренажную трубку, над компрессором.

Находится в зеленом кабинете.

Теория к обходу

Уникальный ID ответа: #1416

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2025-06-03 15:16