Алгоритмы работы. Этап 1

Инструкция № 2
Обработка зеркал для фотопротокола

1. Перед тем как делать фотопротокол, нужно осмотреть зеркало, если есть развод
   шарик, смочить его спиртом, и протереть зеркало (можно просушить из пустера,
   подсохло). Если врач работает с ассистентом -это делает ассистент, если без, то
2. После фотопротокола каждое зеркало завернуть по отдельности в бумажное пол
   около раковины.
3. Аккуратно положить зеркала вместе с салфеткой в бокс для отработанных инстр
   инструментов и отнести в ЦСО.
4. Заложить их в емкость для обработки зеркал на 15 минут.
5. Санитарки после дезинфекции промывают под проточной водой, затем деминера
6. Насухо вытирают чистой ветошью, упаковывают и стерилизуют на режиме 121С.
7. Разложить в ящик для зеркал в ЦСО (класть на ребро).

Уникальный ID ответа: #1086
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2024-12-05 11:06

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 15:45
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/79/87/ru/instrukcia-№-2br-_-obrabotka-zerkal-dla-fotoprotokola.html